

ООО "Сартorius РУС"

Аттестат аккредитации № RA.RU 311457

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в установленном порядке на проведение поверки средств измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ
№ 16003856509**

Действительно до
08.08.2018

Средство измерений Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования ВЮНИТ (2...20) мкг; 36152-12

Серия и номер знака предыдущей поверки отсутствует

заводской номер (номера) 8504390А

поверено во всем диапазоне

поверено в соответствии с МП 56-241-2012

с применением эталонов: Эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений от 1 мг до 1,5 г 3.ВСЯ.0003.2015 в составе: весы МЗР

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 19,9 °С, относительная влажность воздуха 59,5 %, атмосферное давление 96,6 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.



Руководитель сервисной службы
должность руководителя подразделения

подпись



С.А. Скачков

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

А.В. Выволокин

инициалы, фамилия

Дата поверки
09.08.2017